

СПЕЦИФИКАЦИЯ БРОНХОСКОП

.	Видеобронхоскоп	- външен диаметър до 6 мм; - работен канал 2,1 мм - 2,8 мм; - зрителен ъгъл минимум 100°;
	<u>Към него са необходими допълнително:</u>	
	Видеопроцесор HD	да
	Ксенонов светлинен източник	100-180 W
	Монитор	мин. 15``
	Цветен видеопринтер	да
	Устройство за дигитално архивиране на образа	да
	Тролей (стойка)	да
	Ендоскопски шкаф за съхранение	да
	Апарат за дезинфекция и стерилизация на ендоскопа с възможност за тестване на херметичността	да
	Ултразвукова вана за почистване на ендоскопа	да